

Приложение №1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 5.0073
от 08 октября 2018 года
На бланке № 0006457
На 2 листах
Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 21 февраля 2020 года
к области аккредитации от 08 октября 2018 года

лаборатория метрологии

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис метрологических услуг»

№ пункта	Код области измерений	Наименование измеряемых величин	Объекты калибровки	Калибровочные и измерительные возможности		Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки
				диапазон	расширенная неопределенность U, (k=2, P = 95 %)	
1	2	3	4	5	6	7
1.1	26.51/99.001	Длина	Нутромеры микрометрические	от 50 до 1000 мм	U=0,9 мкм	02-МКГ-016-2019
1.2	26.51/99.001	Длина	Микрометры зубомерные	от 0 до 50 мм	U=0,001	02-МКГ-002-2018
1.3	26.51/99.001	Длина	Установочная мера к нутромерам микрометрическим	от 50 до 150 мм	U=0,9 мкм	02-МКГ-016-2019
1.4	26.51/99.001	Длина	Установочная мера к микрометрам	от 25 до 1000 мм	U=0,3 мкм	02-МКГ-002-2018
1.5	26.51/99.001	Длина	Линейки поверочные ШД, ШП, ШПТК	от 0 до 3000 мм	U = 3 мкм	02-МКГ-017-2019
1.6	26.51/99.001	Длина	Линейки металлические	от 0 до 2000 мм	U= 0,5 мм	02-МКГ-018-2019
1.7	26.51/99.001	Длина	Метры складные металлические деревянные	от 0 до 1000 мм	U= 0,5 мм	02-МКГ-018-2019
1.8	26.51/99.001	Длина	Нутромеры с ц.д. 0,001 и 0,002 мм	от 2 до 50 мм	U=1,8 мкм	02-МКГ-020-2019
1.9	26.51/99.001	Длина	Калибры –пробки гладкие	от 0 до 250 мм	0,5 мкм	02-МКГ-022-2019
1.10	26.51/99.001	Длина	Калибры –пробки гладкие конические	от 0 до 200 мм	2 мкм	02-МКГ-022-2019 МИ 1937-88
1.11	26.51/99.001	Длина	Калибры –пробки резьбовые	от 0 до 300 мм	0,002 мм	02-МКГ-021-2019 МИ 1904-88



Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 5.0073

1	2	3	4	5	6	7
1.12	26.51/ 99.001	Длина	Калибры –пробки резьбовые конические	от 0 до 250 мм	0,002 мм	02-МКГ- 022-2019 МИ 1812-87

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь –
директор Государственного
предприятия «БГЦА»



Т.А.Николаева